



**GRUPO SANTA CASA**

de Franca

Um novo tempo.

**50+**  
**CMB**



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil

**COTAÇÃO PRÉVIA N.º 019/2021**

**ATA N.º 001/2021**

Às **nove horas do dia quinze de dezembro de 2021** a EQUIPE TÉCNICA acompanhado da EQUIPE DE APOIO DE COMPRAS PÚBLICAS da Santa Casa de Franca reuniu-se com o objetivo de abrir e processar as propostas e documentações da COTAÇÃO PRÉVIA n.º 019/2021, destinado à aquisição de **Equipamentos Médico Hospitalares e Móveis Hospitalares**, conforme especificações detalhadas no Edital e em seus anexos.

As empresas que se cadastraram para a presente cotação são:

- GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda – CNPJ n.º: 00.029.372/0002-21;
- Konimagem Comercial Ltda – CNPJ n.º: 58.598.368/0001-83;
- Philips Medical Systems Ltda – CNPJ n.º 58.295.213/0021-11.

**ITENS:**

Item	Quant.	Descrição Material
1.	01	Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica

**1. DA ANÁLISE DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA**

**ITEM 1 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA:**

Para este item foi apresentado proposta da seguinte empresa: GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda; Konimagem Comercial Ltda; Philips Medical Systems Ltda

Análise GE:

Documental: Proponente apresentou todas as documentações exigidas em edital.

Técnica: Proponente apresentou orçamento do equipamento modelo VIVID S60N R3 – Marca GE, ultrassom atende integralmente ao descritivo exigido, proponente classificado.

Análise Konimagem:

Documental: Proponente não apresentou CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação), conforme exigido em edital.

Técnica: Proponente apresentou orçamento do equipamento modelo FT422 – Marca SAEVO, ultrassom não atende ao descritivo exigido nos seguintes pontos: monitor, tela auxiliar, nobreak, transdutor setorial pediátrico, transdutor setorial neonatal, transdutor linear, transdutor transesofágico. Proponente desclassificado.

Análise Philips:

Documental: Proponente apresentou todas as documentações exigidas em edital.

Técnica: Proponente apresentou orçamento do equipamento modelo Affiniti CVX – Marca Philips, ultrassom não atende ao descritivo exigido no ponto: transdutor setorial pediátrico. Proponente desclassificado.

**2. DO PREÇO – MENOR PREÇO**

**ITEM 1 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA:**

01 unidade

FORNECEDOR	GE
------------	----



**GRUPO SANTA CASA**  
de Franca

Um novo tempo.

**50+**  
**CMB**



Entre as 50 maiores Santas Casas do Brasil

<b>PROPOSTA</b>	<b>R\$297.000,00</b>
<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>R\$297.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>RS297.000,00</b>

### 3. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nada mais a constar, assinam a presente ata os integrantes da equipe de apoio e técnica.

Franca, 15 de dezembro de 2021.

**BRUNA DE MELO ULHÔA**  
Membro da Equipe de Apoio

**LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE REZENDE**  
Membro da Equipe Técnica